

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa khu vực 333 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu *Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế năm 2023 (Bổ sung lần 2), dự toán: Mua sắm vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa khu vực 333* với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực 333

Địa chỉ: Thôn 1, xã Eakar, huyện Eakar, Đắk Lắk.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: DS Trần Hậu Quý – Phụ trách khoa Dược, SĐT 0979078393.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa khu vực 333, Thôn 1, xã Eakar, huyện Eakar, Đắk Lắk.

Nhận qua email: khoaduocbvdkkv333@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 22 tháng 12 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 03 tháng 01 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần	Có bầu cao su tiếp thuốc. Dây dẫn dài ≥ 1500 mm, được làm từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gây gập khi bảo quản và sử dụng. Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. Không có kim cánh bướm.	8,000	Bộ
2	Bơm tiêm sử dụng một lần	xy lanh dung tích 50ml cho ăn, tiêm	400	Cái
3	Bơm tiêm sử dụng một lần	xy lanh dung tích 5ml, kim các cỡ	40,000	Cái
4	Bơm tiêm sử dụng một lần	xy lanh dung tích 20ml, kim các cỡ	4,500	Cái
5	Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi (3/0)	Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polyamid 6, USP 3/0, chỉ dài 75cm, kim làm bằng thép không gỉ.	200	Tép

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
6	Dây dẫn lưu nước tiểu (Sonde Pezze)	các số	150	Cái
7	Mặt nạ xông khí dung	Có bộ khí dung. Dây dẫn có chiều dài $\geq 2m$, có khóa đảm bảo khí oxy được tuần hoàn. Size S, M, L, XL	150	Cái
8	Bao Camera nội soi	Chất liệu màng nhựa PE, có vòng thun. Kích thước: 150 mm x 235cm. Đóng gói bằng giấy đóng gói tiệt trùng.	200	Cái
9	Dây nối dài dùng trong truyền dịch, bơm thuốc	Mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn. Đường kính trong 0.9mm, đường kính ngoài 1.9mm. Tốc độ 0.9ml/m: áp lực 2 bar.	200	Cái
Tổng cộng 09 khoản.				

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa khu vực 333, Thôn 1, xã Eađar, huyện Eaakar, Đắk Lắk.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý I/2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không áp dụng.

5. Các thông tin khác (nếu có). *duy*

Lưu:

- Như trên;

-VT, KD, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Kim Thành