

SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK
BỆNH VIỆN ĐK TP BUÔN MA THUỘT

Số: 706/TM-BVTP
V/v mời chào giá Phim
X-quang khô laser

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 30 tháng 05 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp trang thiết bị y tế

Căn cứ tình hình thực tế, Bệnh viện Đa khoa Thành Phố Buôn Ma Thuột đang có nhu cầu mua sắm phim dùng cho chụp x-quang khô laser để phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của đơn vị.

Kính gửi các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp trang thiết bị y tế phù hợp đặc tính kỹ thuật (phụ lục 1) vui lòng báo giá theo mẫu đính kèm (Phụ lục 2).

Quý công ty có thể gửi bảng chào giá kế hoạch cho từng mặt hàng (không bắt buộc gửi báo giá cho cả danh mục hàng)

Hồ sơ gửi kèm theo báo giá bao gồm các tài liệu sau:

- Bảng báo giá của hàng hóa cung cấp kèm theo thông tin liên quan.
- Catalogue, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa, Tiêu chuẩn chất lượng, Bảng phân loại...

Thời gian nhận báo giá đến hết ngày 11 tháng 6 năm 2023

Hình thức gửi báo giá: Bản cứng (đã đóng dấu) bằng tiếng việt.

Địa chỉ nhận báo giá : Khoa Dược – Bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột – 62 Nguyễn Đình Chiểu – Phường Tân Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại liên hệ: 02626250115

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD, TCKT



GIÁM ĐỐC

Y LÂM NIÊ



PHỤ LỤC 1
DANH MỤC PHIM DÙNG CHO CHỤP X-QUANG KHÔ LASER

(Kèm theo thư mời báo giá số 706 /TM-BVTP ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột)

STT	Tên trang thiết bị y tế	Đặc tính kỹ thuật	Quy Cách	ĐVT	Số lượng
1	Phim dùng cho chụp X-quang khô laser 35x43	Kích thước: 35cm x 43cm Công nghệ phim khô, Tương thích với máy in phim Laser DryPix series Thành phần gồm: Polyethylene Terephthalate (PET): 85-95%; Polymers: 1-10%; Organic Silver: 1-10%; Gelatine: 1-10%; Additives: 0.1-15%; Silver Halides: 0.05-1%;	100 tấm/ hộp	Tấm	5.500
2	Phim dùng cho chụp X-quang khô laser 20x25	Kích thước: 20cm x 25cm Công nghệ phim khô, Tương thích với máy in phim Laser DryPix series Thành phần gồm: Polyethylene Terephthalate (PET): 85-95%; Polymers: 1-10%; Organic Silver: 1-10%; Gelatine: 1-10%; Additives: 0.1-15%; Silver Halides: 0.05-1%;	150 tấm/ hộp	Tấm	6.000
3	Phim dùng cho chụp X-quang khô laser 20x25	Kích thước: 20cm x 25cm - Phim được thiết kế trên nền Polyethylene terephthalate (PET) - Thành phần chính: polyethylene terephthalate (PET) 85-95%, polymers 1-10%, organic silver 1-10%, gelatine 1-10%, additives 0.1-15%, silver halides 0.05-1% - Được dùng cho máy in kỹ thuật số Drypro model 832	125 tấm/ hộp	Tấm	60.000

Tổng cộng: 03 khoản

Tên công ty:

Địa chỉ:



PHỤ LỤC 2

PHỤ LỤC BẢNG BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Kèm theo thư mời báo giá số 706 /TM-BVTP ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột)

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Thành Phố Buôn Ma Thuột

Chúng tôi là:

Địa chỉ:

Chúng tôi xin gửi tới quý bệnh viện bảng chào giá trang thiết bị y tế như sau:

STT	TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ	Ký mã hiệu sản phẩm	Tên Thương mại (nếu có)	Thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Giá kê khai	Links địa chỉ kê khai/ Mã kê khai	ĐVT	Số lượng	Đơn giá báo giá	Thành tiền
1												
2												
3	Tên trang thiết bị y tế n											
Tổng cộng:... Khoản												Tổng cộng tiền

Ghi chú: Đơn giá đã bao gồm thuế GTGT, giao hàng tại kho Dược bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột

Thời hạn báo giá: ngày kể từ ngày báo giá

....., ngày tháng năm
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)