

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 10 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các Công ty/Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn Trang thiết bị y tế

Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-SYT, ngày 23/05/2025 của Sở Y tế Đắk Lắk về việc phân bổ dự toán thu, chi NSNN năm 2025 cho các đơn vị trực thuộc;

Để có cơ sở tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Kiểm định, hiệu chuẩn TTBYT Bệnh viện Phổi 2025- 2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông Tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Tỉnh Đắk Lắk
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá
Ths. Hồ Sỹ Hường – Điện thoại: 0977.973.917

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận trực tiếp hoặc chuyển phát: Bộ phận văn thư – Bệnh viện Phổi Tỉnh Đắk Lắk.

Địa chỉ: Số 136 Nguyễn Thị Định P Thành Nhất Tỉnh Đắk Lắk

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Buổi sáng: Từ 14h30, ngày 27/10/2025 đến trước 14h30, ngày 31/10/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục	Mô tả chi tiết dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính
1	Nhiệt kế âm kế tự ghi	Mô tả cụ thể tại Phụ lục (Đính kèm)	2	Cái
2	Nhiệt kế lưỡng kim	Mô tả cụ thể tại Phụ lục (Đính kèm)	2	Cái
3	Nhiệt kế thủy ngân	Mô tả cụ thể tại Phụ lục (Đính kèm)	3	Cái
4	Tủ âm sâu	Mô tả cụ thể tại Phụ lục	1	Cái

		(Đính kèm)		
5	Tủ mát	Mô tả cụ thể tại Phụ lục (Đính kèm)	1	Cái
6	Tủ lạnh	Mô tả cụ thể tại Phụ lục (Đính kèm)	1	Cái
7	Máy ly tâm lạnh	Mô tả cụ thể tại Phụ lục (Đính kèm)	1	Máy
8	Tủ âm CO2	Mô tả cụ thể tại Phụ lục (Đính kèm)	1	Cái
9	Máy nuôi cấy và làm kháng sinh đồ lao Bactec 320	Mô tả cụ thể tại Phụ lục (Đính kèm)	1	Máy
10	Máy nuôi cấy và làm kháng sinh đồ lao Bactec 960	Mô tả cụ thể tại Phụ lục (Đính kèm)	1	Máy
11	Tủ ATSH	Mô tả cụ thể tại Phụ lục (Đính kèm)	3	Cái
12	Kính hiển vi	Mô tả cụ thể tại Phụ lục (Đính kèm)	1	Cái
13	Tủ âm 37°C	Mô tả cụ thể tại Phụ lục (Đính kèm)	1	Cái
14	Tủ mát Alaska	Mô tả cụ thể tại Phụ lục (Đính kèm)	2	Cái
15	Micropipet	Mô tả cụ thể tại Phụ lục (Đính kèm)	5	Cái
16	Tủ âm sâu -70°C	Mô tả cụ thể tại Phụ lục (Đính kèm)	1	Cái
17	Nồi hấp	Mô tả cụ thể tại Phụ lục (Đính kèm)	1	Cái
18	Máy sấy tiệt trùng	Mô tả cụ thể tại Phụ lục (Đính kèm)	1	Máy
19	Máy thở	Mô tả cụ thể tại Phụ lục (Đính kèm)	3	Máy
20	Máy đo điện tim	Mô tả cụ thể tại Phụ lục (Đính kèm)	2	Máy
21	Huyết áp kế	Mô tả cụ thể tại Phụ lục (Đính kèm)	10	Cái
Tổng cộng : 21 khoản				

2. Các thông tin khác (nếu có)
3. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá:
 - Tài liệu kỹ thuật có liên quan: 01 bản in và 01 bản mềm lưu USB
 - Hợp đồng tương tự (nếu có).
 - **Hồ sơ chứng minh năng lực phù hợp với nội dung đề nghị báo giá có đóng dấu.** (Nếu liên doanh thì phải có thỏa thuận liên doanh đính kèm)

Bệnh viện Phổi Tỉnh Đắk Lắk rất mong nhận được báo giá và các tài liệu liên quan của quý Công ty/Doanh nghiệp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.



Châu Dương

NH
BỆNH VIỆN
PHỔI
TỈNH ĐẮK L
★

PHỤ LỤC KÈM THEO

STT	Danh mục	Văn bản quy định	Dịch vụ thực hiện	Số lượng	Đơn vị tính
1	Nhiệt kế âm kế tự ghi	Theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT, ngày 12/6/2017 của Bộ Y Tế Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học. Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, hỗ trợ Bệnh viện việc đánh giá kết quả sau hiệu chuẩn.	Hiệu chuẩn	2	Cái
2	Nhiệt kế lưỡng kim	Theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT, ngày 12/6/2017 của Bộ Y Tế Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học. Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, hỗ trợ Bệnh viện việc đánh giá kết quả sau hiệu chuẩn.	Hiệu chuẩn	2	Cái
3	Nhiệt kế thủy ngân	Theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT, ngày 12/6/2017 của Bộ Y Tế Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học. Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, hỗ trợ Bệnh viện việc đánh giá kết quả sau hiệu chuẩn.	Hiệu chuẩn	3	Cái
4	Tủ âm sâu	Theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT, ngày 12/6/2017 của Bộ Y Tế Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học. Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, hỗ trợ Bệnh viện việc đánh giá kết quả sau hiệu chuẩn.	Hiệu chuẩn	1	Cái
5	Tủ mát	Theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT, ngày 12/6/2017 của Bộ Y Tế Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học. Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, hỗ trợ Bệnh viện việc đánh giá kết quả sau hiệu chuẩn.	Hiệu chuẩn	1	Cái
6	Tủ lạnh	Theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT, ngày 12/6/2017 của Bộ Y Tế Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học. Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 yêu cầu chung về năng	Hiệu chuẩn	1	Cái

		lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, hỗ trợ Bệnh viện việc đánh giá kết quả sau hiệu chuẩn.			
7	Máy ly tâm lạnh	Theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT, ngày 12/6/2017 của Bộ Y Tế Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học. Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, hỗ trợ Bệnh viện việc đánh giá kết quả sau hiệu chuẩn.	Hiệu chuẩn	1	Máy
8	Tủ âm CO2	Theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT, ngày 12/6/2017 của Bộ Y Tế Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học. Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, hỗ trợ Bệnh viện việc đánh giá kết quả sau hiệu chuẩn.	Hiệu chuẩn	1	Cái
9	Máy nuôi cấy và làm kháng sinh đồ lao Bactec 320	Theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT, ngày 12/6/2017 của Bộ Y Tế Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học.	Hiệu chuẩn	1	Máy
10	Máy nuôi cấy và làm kháng sinh đồ lao Bactec 960	Theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT, ngày 12/6/2017 của Bộ Y Tế Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học.	Hiệu chuẩn	1	Máy
11	Tủ ATSH	Theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT, ngày 12/6/2017 của Bộ Y Tế Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học. Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, hỗ trợ Bệnh viện việc đánh giá kết quả sau hiệu chuẩn.	Thử nghiệm	3	Cái
12	Kính hiển vi	Theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT, ngày 12/6/2017 của Bộ Y Tế Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học. Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, hỗ trợ Bệnh viện việc đánh giá kết quả sau hiệu chuẩn.	Hiệu chuẩn	1	Cái
13	Tủ âm 37°C	Theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT, ngày 12/6/2017 của Bộ Y Tế Ban hành Tiêu chí	Hiệu chuẩn	1	Cái

		đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học. Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, hỗ trợ Bệnh viện việc đánh giá kết quả sau hiệu chuẩn.			
14	Tủ mát Alaska	Theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT, ngày 12/6/2017 của Bộ Y Tế Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học. Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, hỗ trợ Bệnh viện việc đánh giá kết quả sau hiệu chuẩn.	Hiệu chuẩn	2	
15	Micropipet	Theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT, ngày 12/6/2017 của Bộ Y Tế Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học. Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, hỗ trợ Bệnh viện việc đánh giá kết quả sau hiệu chuẩn.	Hiệu chuẩn	5	Cái
16	Tủ âm sâu -70°C	Theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT, ngày 12/6/2017 của Bộ Y Tế Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học. Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, hỗ trợ Bệnh viện việc đánh giá kết quả sau hiệu chuẩn.	Hiệu chuẩn	1	Cái
17	Nồi hấp	Kiểm định theo thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2019 của Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội Ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.	Kiểm định	1	Cái
18		Theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT, ngày 12/6/2017 của Bộ Y Tế Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học. Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, hỗ trợ Bệnh viện việc đánh giá kết quả sau hiệu chuẩn.	Hiệu chuẩn		
19	Máy sấy tiệt trùng	Theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT, ngày 12/6/2017 của Bộ Y Tế Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học. Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn,	Hiệu chuẩn	1	Máy

		hỗ trợ Bệnh viện việc đánh giá kết quả sau hiệu chuẩn.			
20	Máy thở	Kiểm định theo Quyết định số 4444/QĐ-BYT ngày 07/12/2023 — Tiêu chí và quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật máy thở dùng trong điều trị	Kiểm định	3	Máy
21	Máy đo điện tim	Kiểm định theo Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 23/2013/tt-bkhen ngày 26 tháng 9 năm 2013 của bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ	Kiểm định	2	Máy
22	Huyết áp kế	Kiểm định theo Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 23/2013/tt-bkhen ngày 26 tháng 9 năm 2013 của bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ	Kiểm định	10	Cái
Tổng cộng : 22 khoản					

