

SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM
THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CV-KNĐL
V/v báo giá dịch vụ kiểm tra tình trạng thiết bị, giám
định kỹ thuật, báo giá dịch vụ sửa chữa máy quang
phổ BIOCHROM LIBRA S70PC

Đắk Lắk, ngày tháng 4 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất/nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Đắk Lắk có nhu cầu kiểm tra tình trạng, giám định kỹ thuật, báo giá dịch vụ kiểm tra tình trạng thiết bị, giám định kỹ thuật, báo giá dịch vụ sửa chữa máy quang phổ BIOCHROM LIBRA S70PC. Để có cơ sở lựa chọn đơn vị cung ứng Trung tâm kính mời các hãng sản xuất/nhà cung cấp dịch vụ có đủ kinh nghiệm, năng lực xem xét tham gia chào giá theo các nội dung sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Đắk Lắk (Địa chỉ: 75 Lê Duẩn, phường Buon Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Hồ Thị Hoàn Quyên
- Chức vụ: Nhân viên phòng Hành chính – Kế hoạch tổng hợp
- Số điện thoại: 02623.840.557

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Báo giá có thể nộp trực tiếp hoặc gửi về Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Đắk Lắk (Địa chỉ: 75 Lê Duẩn, phường Buon Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) qua đường bưu điện và gửi bản scan Báo giá + file mềm báo giá qua email: trungtamkiemnghiem.daklak75@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ ngày đăng tải yêu cầu báo giá đến 17 giờ 00 phút ngày 05 tháng 4 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 05/4/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục báo giá dịch vụ kiểm tra tình trạng thiết bị, giám định kỹ thuật, báo giá dịch vụ sửa chữa máy quang phổ BIOCHROM LIBRA S70PC (Phụ lục 01 đính kèm).

Kiểm tra tình trạng thiết bị, giám định kỹ thuật, báo cáo rõ nội dung giám định trong biên bản.

Báo giá phải ghi rõ nội dung công việc bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế vật tư theo yêu cầu.

Báo giá phải có dấu và chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định và đóng dấu của đơn vị chào giá. Trường hợp báo giá có nhiều trang, đề nghị đơn vị đóng dấu giáp lai các trang.

Các đơn vị có thể tải danh mục hàng hóa, đã được đăng tải trên website tại địa chỉ: <https://kndpmp.yte.daklak.gov.vn>.

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ:

Dịch vụ được thực hiện tại Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Đắk Lắk – Cơ sở 2 (Địa chỉ: 103 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk).

3. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

- Giá chào trong Báo giá là đồng tiền Việt Nam (VND) đã bao gồm thuế, phí các loại, giá linh kiện thay thế phục vụ công tác kiểm tra tình trạng thiết bị, giám định kỹ thuật, báo giá dịch vụ sửa chữa và thay thế vật tư thiết bị đến Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Đắk Lắk – Cơ sở 2 (Địa chỉ: 103 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk).

- Thời hạn thanh toán: Không quá 90 ngày kể từ ngày cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Các thông tin khác:

- Giấy phép kinh doanh pháp lý chứng minh công ty, cơ sở kinh doanh có đủ khả năng và năng lực đáp ứng theo yêu cầu của trung tâm.

Các nhà cung cấp liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo bảng phụ lục đính kèm. Để Trung tâm có thể lựa chọn những nhà cung cấp phù hợp phục vụ công tác chuyên môn, rất mong nhận được sự quan tâm của tất cả các đơn vị cung cấp và nhà sản xuất trên toàn quốc./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website TT;
- Lưu VT, HC-KHTH.

GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Lộc

PHỤ LỤC

(Kèm theo Thư mời chào giá số /CV-KNĐL ngày tháng 4 năm 2026 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Đắk Lắk)

STT	TÊN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ	ĐVT	SỐ LƯỢNG	TÌNH TRẠNG SỰ CỐ/ HƯ HỎNG	GHI CHÚ
1	Máy quang phổ BIOCHROM LIBRA S70PC	Máy	01	Kết quả sau khi hiệu chuẩn: Độ phẳng đường nền không đạt	
Tổng cộng: 01 mặt hàng					