PHỤ LỤC

Kèm theo Thư mời chào giá số /CV-KNĐL ngày tháng 8 năm 2026
của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Đắk Lắk

TT	Tên thiết bị	Mã thiết bị	Nội dung	Thời gian thực hiện	Đơn vị thực hiện	Ghi chú
1	Máy đo độ hòa tan Erweka	01/TSCM/KNĐL	Hiệu chuẩn: - Độ cân bằng của thiết bị - Tính hướng tâm của từng cốc hòa tan - Độ sâu của giỏ quay hoặc cánh khuấy - Độ rung lắc của thiết bị, của trục cánh khuấy và của giỏ quay - Tốc độ quay (50, 75, 100 vòng/phút) - Độ chính xác thời gian (30 phút, 45 phút, 60 phút, 120 phút) - Nhiệt độ cài đặt môi trường trong cốc thử (370C) - Kiểm tra bằng viên chuẩn (từng cốc) - Tính toán Độ không đảm bảo đo - Độ chính xác tần số giao động (Tốc độ quay 50, 75, 100 vòng/phút) - Cung cấp tem hiệu chuẩn, hồ sơ hiệu chuẩn phải kèm dữ liệu hiệu chuẩn gốc	Tháng 08/2026	Thuê ngoài	
2	Máy thử độ tan rã 4 giỏ	08/TSCM/KNĐL	Hiệu chuẩn: - Thời gian: 15, 30, 60 (phút) - Kiểm tra nhiệt độ môi trường trong bể điều nhiệt - Nhiệt độ cài đặt môi trường trong cốc thử (370C) - Biên độ giao động (độ dài của 1 nhịp) , tần suất giao động (chu kỳ/phút) - Hiệu chuẩn 4 giỏ - Cung cấp tem hiệu chuẩn, hồ sơ hiệu chuẩn phải kèm dữ liệu hiệu chuẩn gốc	Tháng 08/2026	Thuê ngoài	
Tổng cộng : 02 mặt hàng						