

Số: 22 /YCBG-BVĐKPY

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 01 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức chọn đơn vị mua sắm, dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Huỳnh Thị Hoa Lài, bộ phận văn thư; số điện thoại: 02573 829 023
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 15 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk.
(Báo giá đến phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung: báo giá hàng hóa, dịch vụ...theo yêu cầu báo giá số...ngày..., tháng..., năm... của bệnh viện đa khoa Phú Yên)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
- Từ 08h ngày 13...tháng 01 năm 2026 đến trước 17h ngày 23...tháng 01 năm 2026⁽²⁾
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
- Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 23...tháng 01 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục hàng hoá và các dịch vụ liên quan.


Số TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện	Dự kiến thời gian hoàn thành
01	Dịch vụ sửa chữa máy bơm tiêm thuốc cân quang MEDRAD Stellant. - Số máy: 301422642971	-Sửa chữa lỗi mất đồng bộ, không giao tiếp giữa bơm tiêm và bộ điều khiển; - Sửa chữa board SBC(Single Board Computer);	01	Máy	Bệnh viện Đa khoa Phú Yên	Không quá 30 ngày

		- Sửa chữa board Interface board trên đầu bơm; - Calibrate lại dữ liệu chiếc áp trên motor bơm.				
--	--	--	--	--	--	--

Lưu ý: Báo giá mà Bệnh viện nhận được là báo giá trọn gói, đã bao gồm thuế, chi phí lắp đặt và các chi phí liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GĐBV (để biết);
- Tổ vi tính (Đăng Website bệnh viện);
- Đăng tải Website SYT;
- Lưu: VT; P.VT-TBYT.



Bùi Anh Hòa