

Số: 153 /YCBG-BVĐKPY

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 11 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức chọn đơn vị mua sắm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Huỳnh Thị Hoa Lài, bộ phận văn thư; số điện thoại: 02573 829 023
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 15 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk.
(Báo giá đến phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung: báo giá hàng hóa, dịch vụ...theo yêu cầu báo giá số...ngày..., tháng..., năm... của bệnh viện đa khoa Phú Yên)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
- Từ 08h ngày 10...tháng 11 năm 2025 đến trước 17h ngày 20...tháng 11 năm 2025⁽²⁾
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
- Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20...tháng 11 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục hàng hoá và các dịch vụ liên quan.

STT	Danh mục hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng/ Khối lượng
1	Dây điện cực máy đo điện cơ	- Điện cực có dây dẫn mỏng, mềm dẻo, được mã hóa màu để xác định vị trí; - Cảm biến bạc/bạc clorua đảm bảo chất lượng tín hiệu ổn định; - Quy cách đóng gói: 12 cái/túi; - Hãng/nước sản xuất: ...	Túi	10
2	Khẩu khí nén	- Chuẩn nối nhanh; - Phạm vi đo: 0–15 MPa;	Bộ	10



		- Áp suất đầu ra: 0–15 MPa; - Hãng/nước sản xuất: ...		
3	Khẩu khí ô xy	- Chuẩn Ohmeda (Mỹ); - Hãng/nước sản xuất: ...	Cái	10
4	Khẩu khí nén	- Chuẩn Ohmeda (Mỹ); - Hãng/nước sản xuất: ...	Cái	10
5	Điện cực chỉ dùng cho máy đo điện tim	- Sử dụng phù hợp với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden; - Hãng/nước sản xuất: ...	Bộ	3
6	Mask thở	- Mask dùng cho máy gây mê; - Hãng/nước sản xuất: ...	Cái	20
7	Đồng hồ ô xy	- Dùng cho ô xy chai và bình ô xy các size; - Áp lực đầu vào: 15 MPa; - Áp lực đầu ra: 0,2 – 0,3 MPa; - Hãng/nước sản xuất: ...	Bộ	18
8	Đèn cực tim di động	- Loại 2 bóng dài 90 cm; - Có chân đế và bánh xe di chuyển dễ dàng; - Hãng/nước sản xuất: ...	Cái	1
9	Bình hút dịch	- Dung tích: 2000 ml; - Có kèm nắp, có van chống tràn; - Chất liệu: Thủy tinh; - Hãng/nước sản xuất: ...	Cái	12

Lưu ý: Báo giá mà Bệnh viện nhận được là báo giá trọn gói, đã bao gồm thuế, vận chuyển lắp đặt và các chi phí liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để biết);
- Tổ vi tính (Đăng Website bệnh viện);
- Đăng tải Website SYT;
- Lưu: VT; phòng VT-TBYT.



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Anh Hòa

