

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Cấp cứu 115 Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị y tế phù hợp với nhu cầu của đơn vị với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Cấp cứu 115 Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.

Địa chỉ: đường Lý Thái Tổ, Phường Tuy hòa, tỉnh Đắk Lắk.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: Nguyễn Hải Quốc

Chức vụ: Phó Trưởng phòng HCTH - Trung tâm Cấp cứu 115 Phú Yên

Số điện thoại: 0903501101

Email: haiquoc1212@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Cấp cứu 115 Phú Yên, đường Lý Thái Tổ, Phường Tuy hòa, tỉnh Đắk Lắk

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08giờ00 ngày 27 tháng 11 năm 2025 đến trước 17giờ ngày 11 tháng 12 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế: Phụ lục 1 đính kèm

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trung tâm Cấp cứu 115 Phú Yên, đường Lý Thái Tổ, Phường Tuy hòa, tỉnh Đắk Lắk

- Bảo quản hàng hóa cho đến khi bàn giao xong từng thiết bị cho chủ đầu tư.

- Bảo hành, bảo trì thiết bị: thời gian bảo hành thiết bị 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu bàn giao.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 120 ngày kể từ ngày kí hợp đồng

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán.

- Tạm ứng 30% giá trị hợp đồng khi nhà thầu cung cấp giấy đề nghị tạm ứng, thư bảo lãnh tiền tạm ứng và kế hoạch sử dụng tiền tạm ứng theo đúng quy định của Nhà nước hiện hành. Tiền tạm ứng được thu hồi hết khi khối lượng thanh toán đạt 80% giá trị hợp đồng đã ký.

- Thanh toán theo từng đợt giao hàng: Giá trị thanh toán theo từng đợt giao hàng, căn cứ kết quả nghiệm thu từng đợt thiết bị, chủ đầu tư thanh toán tiếp cho nhà thầu 100% giá trị của đợt thiết bị được giao (đã bao gồm khoản tiền tạm ứng tương ứng giá trị khối lượng thiết bị nghiệm thu (nếu có)). Chủ đầu tư sẽ giữ lại khoản tiền bảo hành là 5% giá trị hợp đồng khi Nhà thầu hoàn thành thanh toán việc cung cấp và lắp đặt thiết bị, sẽ được thanh toán khi có giấy tờ xác nhận hết thời gian bảo hành của đơn vị sử dụng và chủ đầu tư. Hoặc nhà thầu nộp bảo đảm bảo hành bằng bảo lãnh của Ngân Hàng có giá trị tương đương 5% giá trị hợp đồng và thời gian bảo hành.

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

- Đồng tiền thanh toán: Tiền Việt Nam

- Thời hạn thanh toán: 15 ngày làm việc khi Nhà thầu nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ cho Chủ đầu tư.

5. Các thông tin khác:

Báo giá kèm theo tài liệu mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế và thiết bị khác kèm theo báo giá cụ thể như: Hãng sản xuất; Xuất xứ; Năm sản xuất từ 2025 trở về sau; kèm theo tài liệu mô tả cấu hình và tính năng kỹ thuật thiết bị. Đồng thời cung cấp thông tin về địa điểm bảo hành, bảo trì thiết bị y tế (nếu có) (đính kèm mẫu báo giá).

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công Đấu thầu Quốc gia;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT; HCTH.

GIÁM ĐỐC




Nguyễn Duy Hương



TÊN CÔNG TY BÁO GIÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13.../BG-.....

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngàytháng....năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng.... năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
*(Đính kèm yêu cầu báo giá số 13 /BG-TTCC ngày 26/11/2025 của Trung tâm
 Cấp cứu 115 Phú Yên)*

STT	Danh mục thiết bị y tế	Tính năng kỹ thuật
01	Máy thở	1. Cấu hình cơ bản. 1.1 Yêu cầu chung: - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất 2025 trở về sau - Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: Nhà sản xuất đạt trong các tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. 1.2 Cấu hình cho mỗi máy: - 01 máy chính + 01 bộ trộn khí và oxy bên trong máy + 01 ác quy lắp bên trong máy + 01 cảm biến Oxy bên trong máy + 02 cảm biến lưu lượng (flow sensor) - 01 bộ dây thở một lần cho người lớn - 01 bộ dây thở một lần cho trẻ em - 02 ống nối dài dây thở.(sâu máy thở) - 01 mask thở không xâm lấn - 01 phôi giả test máy 1L - 02 filter lọc khuẩn - 01 dây Oxy áp lực cao - 01 đầu nối nhanh khí Oxy - 05 miếng lọc khí - 01 xe đẩy di động chuyên dụng - 01 bộ phụ kiện tiêu chuẩn tối thiểu: cáp DSC, lục giác, giá đỡ dây nguồn, dây tiếp đất, túi bọc máy - 01 bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt Tính năng kỹ thuật: Màn hình hiển thị ≥ 7 inch, có tích hợp cảm ứng. Sử dụng cho cả bệnh nhân người lớn và trẻ em. Hỗ trợ thở xâm lấn và không xâm lấn Tích hợp máy tạo khí nén, kiểu quạt tuabin bên trong máy.
02	Máy theo dõi bệnh nhân 05 thông số	1. Cấu hình cơ bản. 1.1 Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485, FDA



		1.2 Cấu hình cho mỗi máy: 1. Máy chính: 01 cái 2. Cảm biến đo SpO2: 01 cái 3. Cáp đo điện tim và bộ điện cực: 01 bộ 4. Túi đo huyết áp người lớn và cáp nối: 01 bộ 5. Đầu dò nhiệt độ: 01 bộ 6. Bộ đo nhịp thở bằng cannula: 01 bộ 7. Pin tích hợp + Dây nguồn: 01 bộ 8. Máy in nhiệt tích hợp + giấy in: 01 bộ 9. Hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt: 01 bộ Tính năng kỹ thuật: Đo đạc và theo dõi các thông số: Huyết áp không xâm lấn (NIBP), độ bão hoà oxy trong máu (SpO2) và nhịp mạch (PR), nhiệt độ (TEMP), Điện tim (ECG) của bệnh nhân Phù hợp cho Người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh. Màn hình màu cảm ứng TFT LCD 12.1" Màn hình phẳng cho phép điều chỉnh độ sáng và âm lượng. Khả năng kết nối với các thiết bị khác.
03	Máy hút dịch di động	1. Cấu hình cơ bản. 1.1 Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO13485, EC, CFS 1.2 Cấu hình bao gồm: - 01 Máy hút chính với đảo chiều điện tử từ bình tới bình - 02 Bình chứa dịch dung tích 2000ml với van chống tràn - 02 Vòng giữ bình cố định - 02 Bình bẫy an toàn 220ml - 02 Bộ lọc chống nhiễm khuẩn chống thấm nước - 02 Bộ dây silicone - 02 Đầu nối dùng cho ống hút silicone - 01 Dây nguồn với phích cắm schuko - 04 Bánh xe - 01 Công tắc bàn đạp chân - Tài liệu HDSD Thông số kỹ thuật: - Motor: Bơm pittông không dầu, không cần bảo dưỡng - Cấp nguồn: 220-230V / 50-60Hz - Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: 60 lít/phút - Mức nhiễu ồn: 51,7 dBA - Chu kỳ hoạt động: Liên tục
04	Máy tạo oxy	Cấu hình cơ bản. 1.1 Yêu cầu chung:

		- Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO13485, EC, CFS 1.2 Cấu hình gồm: - 1 máy tạo oxy - 2 Bình tạo ẩm - 2 Dây thở (dây oxy) - 2 Bộ lọc - 1 Bộ bầu xông - 1 Máy nén - 1 Máy Spo2 - 1 Sách HDSD THÔNG SỐ KỸ THUẬT: - Oxy hóa: $\geq 93\%$ (+/- 3%) - Trọng lượng: 29.5 kg - Độ ồn: ≤ 60 dB(A) - Điện năng tiêu thụ: 750W - Điều kiện hoạt động: 3°C đến 40°C - Lưu trữ: -10°C đến 40°C
--	--	---

