

Số: 79 /YCBG -BVĐKPY

Đắk Lắk, ngày 25.. tháng 08 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức chọn đơn vị mua sắm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Huỳnh Thị Hoa Lài, bộ phận văn thư; số điện thoại: 02573 829 023
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 15 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk.
(Báo giá đến phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung: báo giá hàng hóa, dịch vụ...theo yêu cầu báo giá số...ngày..., tháng..., năm... của bệnh viện đa khoa Phú Yên)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
- Từ 08h ngày...25...tháng 08 năm 2025 đến trước 17h ngày...08...tháng 09 năm 2025⁽²⁾
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
- Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày...08...tháng 09 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục hàng hoá và các dịch vụ liên quan.

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	SL/ KL
1	Huyết áp kế (huyết áp cơ)	- Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~ 300 mmHg; - Độ chính xác ± 3 mmHg; - Hãng/ Nước sản xuất: ...; - Năm sản xuất: 2025 trở về sau.	Bộ	55
2	Ống nghe	- Dùng nghe âm tim, phổi, bụng; - Hãng/ Nước sản xuất: ...; - Năm sản xuất: 2025 trở về sau.	Bộ	10
3	Hộp chống sốc nhựa	- Hộp đựng thuốc cấp cứu chống sốc phản vệ; - Hãng/ Nước sản xuất: ...; - Năm sản xuất: 2025.	Cái	4

4	Nhiệt kế môi trường	- Chức năng: đo nhiệt độ và độ ẩm; - Vạch chia: 20°C (nhiệt độ), 5% (độ ẩm); - Khoảng đo: (-20 ÷ 40)°C, (10% ÷ 90%) độ ẩm; - Độ chính xác: nhiệt độ ±1°C, độ ẩm ±2%; - Hãng/ Nước sản xuất: ...; - Năm sản xuất: 2025.	Cái	12
5	Khẩu ô xy chuẩn Ohmeda	- Phạm vi đo: 0–15 MPa; - Áp suất đầu ra: 0–15 MPa; - Chuẩn Ohmeda Mỹ; - Hãng/ Nước sản xuất: ...; - Năm sản xuất: 2025.	Cái	5
6	Khẩu khí nén chuẩn Ohmeda	- Phạm vi đo: 0–15 MPa; - Áp suất đầu ra: 0–15 MPa; - Chuẩn Ohmeda Mỹ; - Hãng/ Nước sản xuất: ...; - Năm sản xuất: 2025.	Cái	2
7	Vòi rửa mắt khẩn cấp	- Vật liệu inox 304; - Sử dụng trong môi trường hóa chất; - 2 vòi rửa mắt xoay 360°, có nắp nhựa tự bật khi kích hoạt; - Có van chuyển đổi giữa vòi rửa mắt và vòi rửa tay; - Hãng/ Nước sản xuất: ...; - Năm sản xuất: 2025.	Bộ	3
8	Bình rửa mắt khẩn cấp di động	- Không cần lắp đặt đường ống;- Có thể xách tay, tạo áp lực bằng cần đẩy tay; - Có đồng hồ kiểm tra áp suất; - Chất liệu nhựa ABS chống hóa chất; - Kèm 3 dạng vòi rửa mắt; - Dung tích 5 lít; - Hãng/ Nước sản xuất: ...; - Năm sản xuất: 2025.	Cái	2

Lưu ý: Báo giá mà Bệnh viện nhận được là báo giá trọn gói, đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (đ/b);
- Tổ vi tính (Đăng Website bệnh viện);
- Đăng tải Website SYT;
- Lưu: VT; phòng VT-TBYT.



Bùi Anh Hòa