

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 11 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị y tế phù hợp với nhu cầu của đơn vị với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm pháp Y tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: số 08 Nguyễn Hữu Thấu, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: Nguyễn Thị Thu Dung

Chức vụ: Văn thư - Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk

Số điện thoại: 0262.3861.005

Email: trungtamphapydaklak2025@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: số 08 Nguyễn Hữu Thấu, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 28 tháng 11 năm 2025 đến trước 17 giờ ngày 11 tháng 12 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế: Phụ lục 1 đính kèm

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: tại Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk cơ sở 2

- Bảo quản hàng hóa cho đến khi bàn giao xong từng thiết bị cho chủ đầu tư.

- Bảo hành, bảo trì thiết bị: thời gian bảo hành thiết bị 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu bàn giao.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 120 ngày kể từ ngày kí hợp đồng

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán.

- Tạm ứng 30% giá trị hợp đồng khi nhà thầu cung cấp giấy đề nghị tạm ứng, thư bảo lãnh tiền tạm ứng và kế hoạch sử dụng tiền tạm ứng theo đúng quy định của Nhà nước hiện hành. Tiền tạm ứng được thu hồi hết khi khối lượng thanh toán đạt 80% giá hợp đồng đã ký.

- Thanh toán theo từng đợt giao hàng: Giá trị thanh toán theo từng đợt giao hàng, căn cứ kết quả nghiệm thu từng đợt thiết bị, chủ đầu tư thanh toán tiếp cho nhà thầu 100% giá trị của đợt thiết bị được giao (đã bao gồm khoản tiền tạm ứng tương ứng giá trị khối lượng thiết bị nghiệm thu (nếu có)). Chủ đầu tư sẽ giữ lại khoản tiền bảo hành là 5% giá trị hợp đồng khi Nhà thầu hoàn thành thanh toán việc cung cấp và lắp đặt thiết bị, sẽ được thanh toán khi có giấy tờ xác nhận hết thời gian bảo hành của đơn vị sử dụng và chủ đầu tư. Hoặc nhà thầu nộp bảo đảm bảo hành bằng bảo lãnh của Ngân Hàng có giá trị tương đương 5% giá trị hợp đồng và thời gian bảo hành.

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

- Đồng tiền thanh toán: Tiền Việt Nam

- Thời hạn thanh toán: 15 ngày làm việc khi Nhà thầu nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ cho Chủ đầu tư.

5. Các thông tin khác:

Báo giá kèm theo tài liệu mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế và thiết bị khác kèm theo báo giá cụ thể như: Hãng sản xuất; Xuất xứ; Năm sản xuất từ 2024 trở về sau; kèm theo tài liệu mô tả cấu hình và tính năng kỹ thuật thiết bị. Đồng thời cung cấp thông tin về địa điểm bảo hành, bảo trì thiết bị y tế (nếu có) (đính kèm mẫu báo giá).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; KHTC

GIÁM ĐỐC



Bùi Bình Trung



PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

(Đính kèm yêu cầu báo giá ngày 27/11/2025 của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bộ dụng cụ khám xâm hại tình dục	1.1. Yêu cầu chung: - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau - Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: Nhà sản xuất thiết bị đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định hiện hành 1.2. Cấu hình cung cấp: - Bánh mở vệt Grave 75x20mm: 01 cái - Bánh mở vệt Grave 95x35mm: 01 cái - Bánh mở vệt Grave 115x35mm: 01 cái - Bánh âm đạo Kristeller 110x27mm số 1: 01 cái - Thước đo cổ tử cung Sims 32cm: 01 cái - Thước đo khung chậu Martin 34cm: 01 cái - Thước đo cuộn 150cm: 01 cái - Kẹp phẫu thuật Foerster - Ballenge thẳng 25 cm: 01 cái - Kẹp phẫu thuật thẳng 20cm: 01 cái - Bánh mở vệt Sims: 01 cái - Hộp hấp + nắp hộp: 01 cái <i>Yêu cầu thông số kỹ thuật:</i> Các dụng cụ được yêu cầu về kích thước cho	01	Bộ

		phép sai số kích thước $\pm \leq 5\%$.		
2	Máy cưa xương	2.1. Yêu cầu chung: - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau - Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: Nhà sản xuất thiết bị đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định hiện hành 2.2. Cấu hình cung cấp: - Thân máy cưa: 01 cái - Lưỡi cưa tròn đường kính 50mm: 01 cái, sai số kích thước $\pm < 5\%$. - Lưỡi cưa đoạn đường kính 65mm: 01 cái, sai số kích thước $\pm < 5\%$. - Lưỡi cưa đoạn sâu đường kính lưỡi 70mm: 01 cái, sai số kích thước $\pm < 5\%$. - Bộ vận vít để thay đổi lưỡi cưa: 01 bộ - Công suất Motor: $\geq 250W$ - Tốc độ vòng quay: 11000 -18000 vòng/phút hoặc lớn hơn. - Bộ Pin + sạc 220V: 01 bộ - Điện áp Pin: 14.4 V - Valy đựng: 01 cái 2.3. Yêu cầu kỹ thuật: - Máy cưa phải được cung cấp với 1 bộ Pin và có thể thay đổi các lưỡi cưa. - Máy cưa dùng pin, không dùng dây điện. - Đầu cưa có thể tháo rời và có thể tiết trùng.	01	Cái

3	Bộ bể nhiệm tiêu bản	3.1. Yêu cầu chung: - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau - Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: Nhà sản xuất thiết bị đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định hiện hành 3.2. Cấu hình cung cấp: - Bể chứa hóa chất nhuộm: 12 bể. - Bể chứa hóa chất nhuộm có nắp kín chịu ăn mòn, thể tích khoảng 300ml/bể - Giá mang lam: 02 giá. Giá mang lam chứa ≥ 25 lam/giá. - Khung đỡ bể: 01 cái. 3.3.Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật - Khung được làm bằng inox hoặc thép không gỉ cho 12 bể. Có khả năng chống lại axit và dung môi và có thể dễ dàng rửa sạch. - Bể làm bằng PET (polyethylene terephthalate) có khả năng chống lại các dung môi, đặc biệt là những dung môi được sử dụng trong phòng thí nghiệm mô học (tức là Toluene, Xylene, v.v.). - Giá mang ≥ 25 lam/giá, được làm bằng PET với tay cầm bằng nhựa (PET), chịu được axit, dung môi và nhiệt độ cao. Tay cầm được lắp đặc biệt để lấy tốt hơn tránh bay hơi của thuốc thử.	01	Bộ

4	Bộ dụng cụ khám thần kinh	4.1. Yêu cầu chung: - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: Nhà sản xuất thiết bị đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định hiện hành 4.2. Cấu hình cung cấp - Búa gõ phản xạ BUCK, 180mm: 01 cái - Búa thử phản xạ Babinsky, dài 220mm, đường kính 40mm: 01 cái - Búa thử phản xạ Rabiner 230mm: 01 cái - Búa thử phản xạ thần kinh TAYLOR, dài 180mm: 01 cái - Búa gõ phản xạ Troemner: 01 cái - Búa gõ phản xạ Dejerine: 01 cái - Búa thử phản xạ thần kinh Berliner, dài 200mm: 01 cái	01	Bộ
5	Nồi hấp tiệt trùng	5.1. Yêu cầu chung: - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau - Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: Nhà sản xuất thiết bị đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định hiện hành 5.2. Cấu hình cung cấp: - Máy chính: 01 cái - Các phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo - Sách hướng dẫn sử dụng	01	Cái

		Thông số kỹ thuật: - Thể tích buồng hấp trên 24 lít - Điện áp: 220V-230V. - Công suất gia nhiệt: $\geq 1800W$, Công suất sấy khô: $\geq 263W$ - Tùy chỉnh nhiệt độ: 118 độ C - 134 độ C - Chỉ báo tiến trình hoạt động - Đèn báo nguồn, đèn báo lỗi - Chỉ báo nhiệt độ và áp suất. - Cài đặt được thời gian tiệt trùng - Bảo vệ quá áp suất, bảo vệ quá nhiệt - Khóa cửa tự động bằng áp suất - Nút dừng khẩn cấp - Báo mực nước bình chứa.		
6	Kính hiển vi	5.1. Yêu cầu chung: - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau - Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: Nhà sản xuất thiết bị đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định hiện hành 5.2. Cấu hình cung cấp: A. Kính hiển vi 3 mắt: 01 cái, bao gồm: - Thân kính hiển vi 3 mắt: 01 cái; - Thị kính 10x, đường kính vi trường 20mm: 02 cái.; - Vật kính phẳng chống mốc 4X: 01 cái; - Vật kính phẳng chống mốc 10X: 01	01	Cái

	cái; - Vật kính phẳng chống mốc 40X: 01 cái; - Vật kính phẳng chống mốc 100XOil: 01 cái; - Dầu soi khoảng 8cc: 01 lọ; - Bao máy: 01 cái; - Dây điện nguồn: 01 cái; - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ B. Camera kỹ thuật số: 01 cái C. Bộ máy tính: 01 bộ <i>Yêu cầu cấu hình chi tiết</i> A. Kính hiển vi 3 mắt - Hệ thống quang học Vô cực - Đầu quan sát loại 3 đường truyền quang, bộ dẫn sáng (thị kính/cổng camera theo tỷ lệ 100/0 hoặc 0/100), khoảng cách điều chỉnh giữa 2 đồng tử khoảng 48-75 mm. Có vòng chỉnh độ diop phù hợp với từng người quan sát; - Thị kính chống mốc 10X, quang trường rộng F.N 20, góc nhìn 30°, mỗi thị kính có điều chỉnh độ Diop; - Độ phóng đại ≥ 1000 lần; - Mâm gắn vật kính dạng xoay tròn 360°, có tối thiểu 4 vị trí lắp vật kính. - Vật kính phẳng chống mốc 4X/ độ mở 0.10, khoảng cách làm việc $\geq 27.8\text{mm}$; - Vật kính phẳng chống mốc 10X/ độ mở 0.25, khoảng cách làm việc $\geq 8.0\text{mm}$; - Vật kính phẳng chống mốc 40X/ độ mở 0.65, khoảng cách làm việc $\geq$		
--	---	--	--

		0.6mm; - Vật kính phẳng chống mốc 100XOil/ độ mở 1.25, khoảng cách làm việc $\geq 0.13\text{mm}$; - Núm di chuyển tiêu bản loại đồng trục bố trí bên phải. Hành trình di chuyển mẫu: X x Y 76 x 30 mm ($+< 2\%$); - Hộp tụ quang có độ mở 1.25 dùng cho kỹ thuật trường sáng, có tối thiểu 6 mức độ điều chỉnh màn chắn sáng từ 1.8 - 29mm, có núm dịch chuyển hộp tụ quang lên xuống; - Nguồn sáng đèn LED, công suất ≥ 0.5 W, tuổi thọ dài ≥ 20.000 giờ; - Điều chỉnh tiêu cự tinh/thô, giới hạn điều chỉnh tiêu cự 15 mm. - Độ chính xác của điều chỉnh tiêu cự tinh $\leq 2.5\mu\text{m}$. - Điều chỉnh tinh ≤ 0.3 mm/vòng quay - Có khóa tiêu cự bảo vệ vật kính và mẫu tránh các tác động bên ngoài gây hỏng; - Thiết kế công năng phía sau thân kính được thiết kế hộc chứa dây cáp điện khi không dùng B. Camera kỹ thuật số - Cảm biến hình ảnh: Cảm biến màu CMOS hoặc tương đương; - Kích thước cảm biến: $\geq 1/1.8$ inch; - Độ phân giải tối đa: $\geq 2592 \times 1944$ pixels; - Kích thước điểm ảnh: $\leq 2.4 \times 2.4 \mu\text{m}$; - Bộ chuyển đổi A/D: 8 bit;		
--	--	--	--	--

		- Thời gian phơi sáng: từ 1ms đến 918ms; - Tỷ lệ khung hình động: + Chụp nhanh (2592 x 1944 pixels); + Đạt tới 30 fps (on PC, $\geq 1920 \times 1080$ pixels); + Đạt tới 60 fps (HDMI Output, $\geq 1920 \times 1080$ pixels); + Đạt tới 25 fps (WLAN Output, 1920×1080 pixels); - Truyền dữ liệu: HDMI, WLAN (sử dụng đầu nối WLAN), Ethernet (sử dụng đầu nối USB-to-Ethernet) C. Bộ máy tính để bàn Cấu hình tương đương: - Bộ vi xử lý tối thiểu là Intel Core i5-12400 (up to 4.4Ghz, 18MB); - Card đồ họa: rời hoặc tích hợp trên bảng mạch chủ; - RAM $\geq 8\text{GB}$, loại tốc độ $\geq 2666\text{MHz}$ DDR4; - Ổ cứng loại SSD dung lượng $\geq 512\text{GB}$; - Cổng kết nối: 2 2 USB 2.0; ≥ 2 USB 3.2; ≥ 1 audio jack; - Cổng giao tiếp với màn hình: tối thiểu phải có 1 cổng HDMI và Display port; - Kết nối Wifi, Bluetooth; - Hệ điều hành Windows 11 có bản quyền tối thiểu 01 năm; - Kích thước màn hình ≥ 21.5 inch. - Loại màn hình: LED hoặc tương		
--	--	--	--	--

		đương. - Độ phân giải màn hình $\geq 1920 \times 1080$ pixels		
--	--	--	--	--



Số:/BG-.....

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng....năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))