

Số: /TB-BVTP  
V/v mời báo giá thiết bị y tế

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2023

**Kính gửi:** Các đơn vị cung cấp trang thiết bị y tế

Hiện tại Bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột đang có nhu cầu mua sắm một số trang thiết bị y tế từ nguồn kinh phí tài trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nhằm phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại đơn vị.

Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm, Bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột kính mời Quý công ty/đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp các trang thiết bị y tế tham gia chào hàng (báo giá) theo danh mục sau:

1. Danh mục đề nghị cung cấp thông tin:

STT	Tên trang thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng
01	<p><b>MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG</b></p> <p>- Năm SX: Năm 2022 trở về sau.</p> <p><b>Cấu hình cơ bản:</b></p> <p>- Thân máy chính kèm máy tính tích hợp và màn hình cảm ứng: 01 bộ</p> <p>- Máy in nhiệt tích hợp sẵn: 01 cái</p> <p>- Đầu đọc mã vạch cầm tay: 01 cái</p> <p>- Thùng đựng để chứa dung dịch rửa miễn dịch: 01 thùng</p> <p>- Thùng đựng đựng chất thải: 01 thùng</p> <p>- Chai đựng dung dịch rửa máy: 01 chai</p> <p>- Giá để chai: 01 cái</p> <p>- Ống dẫn thải (tích hợp bên trong): 01 cái</p> <p>- Hộp thải (đi kèm thân chính): 02 cái</p> <p>- Giá để mẫu: <math>\geq 40</math> chỗ</p> <p>- Cuộn giấy in nhiệt (rộng 58mm, dài 25m): <math>\geq 05</math> cuộn</p> <p>- Dây nguồn: 01 cái</p> <p>- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh: 01 cuốn</p> <p>- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 cuốn</p> <p><b>Danh sách vật tư tiêu hao tặng kèm:</b></p> <p>- Đầu côn hút mẫu: <math>\geq 10 \times 96</math> đầu côn</p>	Máy	01

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cartridge để pha loãng: 3x14 cartridge</li> <li>- Hộp thải dùng một lần: <math>\geq 10</math> cái</li> <li>- Lọc CO2 (Soda lime): <math>\geq 2</math> ống</li> <li>- Dung dịch Rửa miễn dịch: 1x1000mL</li> <li>- Dung dịch Cơ chất: 2x50mL</li> <li>- Dung dịch Pha loãng mẫu 1: 2x80mL</li> <li>- Kit AFP test máy: <math>\geq 01</math> kit</li> </ul> <p><b><u>Thông số kỹ thuật chính:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phương pháp phân tích: Miễn dịch enzym hóa phát quang (CLEIA)</li> <li>- Công suất: <math>\geq 60</math> xét nghiệm/giờ</li> <li>- Thực hiện đồng thời <math>\geq 8</math> xét nghiệm/mẫu</li> <li>- Khả năng chứa mẫu: <math>\geq 36</math> mẫu</li> <li>- Khả năng chứa hóa chất: <math>\geq 112</math> cartridge</li> <li>- Đầu côn dùng một lần với tính năng cảm biến mực chất lỏng và cục máu đông</li> <li>- Kiểu đo quang: Đếm photon</li> <li>- Màn hình LCD, máy in (tích hợp)</li> <li>- Công suất: <math>\geq 360</math>VA</li> <li>- Kích thước: <math>\geq 890 \times 725 \times 642</math>mm</li> <li>- Trọng lượng: <math>\geq 70</math>kg</li> </ul>		
02	<p><b>Tủ lạnh bảo quản hóa chất , sinh phẩm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Năm SX: Năm 2022 trở về sau.</li> </ul> <p><b><u>Cấu hình cơ bản:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy chính: 01 chiếc</li> <li>- Giá để mẫu: 01 bộ</li> <li>- Sách hướng dẫn sử dụng: 01 quyển</li> </ul> <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhiệt độ điều chỉnh tủ: khoảng từ <math>\leq +2^{\circ}\text{C}</math> đến <math>\geq +15^{\circ}\text{C}</math></li> <li>- Thể tích tủ: <math>\geq 335</math> lít</li> <li>- Màn hình hiển thị kỹ thuật số</li> <li>- Chất làm lạnh: R-600a 50g hoặc tương đương</li> <li>- Chất cách nhiệt: vật liệu polyurethane</li> <li>- Vật liệu chế tạo: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bên ngoài: Nhựa acrylic cứng</li> <li>+ Bên trong: nhựa cứng</li> <li>+ Giá được phủ polyethylene, bao gồm 04 giá.</li> </ul> </li> <li>- Cảnh báo: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nhiệt độ cao/thấp</li> <li>+ Cảnh báo cửa</li> </ul> </li> </ul>	Cái	01

	<p>Tính năng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Không có chất làm lạnh Freon, thân thiện với môi trường</li> <li>- Cài đặt và chỉ báo / hiển thị kỹ thuật số.</li> <li>- Vị trí giá có thể điều chỉnh. (khoảng cách: 30 mm) Lưu trữ từ mẫu lớn, nhỏ một cách hiệu quả.</li> <li>- Chức năng báo động và khóa</li> </ul>		
<b>Tổng cộng: 2 khoản</b>			

2. Các nội dung chào giá thiết bị đảm bảo:

- Đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện để kinh doanh trang thiết bị y tế theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022; Thông tư số 06/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022.

- Báo giá của thiết bị cung cấp đầy đủ chi tiết các thông tin: Hãng, nước sản xuất, năm sản xuất (bao gồm nội dung kê khai, phân nhóm theo quy định hiện hành);

- Một hợp đồng tương tự cung cấp thiết bị ở các Đơn vị đã ký trong 12 tháng gần đây (nếu có);

- Catalog, cấu hình tính năng kỹ thuật theo quy định hiện hành.

3. Yêu cầu về thông tin cung cấp:

- Số lượng báo giá: 01 bản gốc.

- Catalogue thiết bị: 01 bản.

- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt/Tiếng Anh

- Loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng.

Bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột rất mong sự quan tâm của quý công ty. Các quý công ty/ đơn vị quan tâm vui lòng gửi thông tin về địa chỉ như sau:

- Phòng kế hoạch tổng hợp (0262625115- line 170), Bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột- 62 Nguyễn Đình Chiểu, Tp Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, hạn cuối trước ngày 17/03/2023 để tổng hợp.
- Số điện thoại để lên hệ công việc: 0262625115- line 170

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KHTH.

**GIÁM ĐỐC**

**Y Lâm Niê**

