

SỐ: 14/TB-TTYT

Cư M'gar, ngày 29 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Dự toán: Sửa chữa trang thiết bị y tế 2023 của Trung tâm y tế huyện Cư M'gar
(Lần 2)

Kính gửi: Các Công ty cung ứng dịch vụ

Tổ chức yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế huyện Cư M'gar

Địa chỉ nhận báo giá: Anh Phạm Xuân Thao - Bộ phận quản lý thiết bị y tế,
Trung tâm Y tế huyện Cư M'gar, địa chỉ số 78, Cách Mạng Tháng Tám, thị trấn
Quảng Phú, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk.

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán sửa chữa trang thiết bị y tế.

Thời gian chào giá: từ ngày 29/3/2023 đến ngày 04/4/2023

Tên người liên hệ: Ông Bùi Nam Ôn


Chức vụ: Giám đốc

Danh mục chi tiết báo giá: Sửa chữa trang thiết bị năm 2023 của Trung tâm y
tế huyện Cư M'gar, cụ thể như sau:

STT	Tên Thiết bị	ĐVT	Năm SX	Năm đưa vào SD	Số lượng	Tình trạng hiện tại
1	Máy phá rung tim Model: M-100 Hãng SX: Metrax Nước SX: Đức	Máy	2009	2010	02	Không phát điện sốc
2	Máy monitor sản khoa Model: Cadence Dual Twin Hãng SX: Medgyn Nước SX: Mỹ	Máy	2008	2010	01	Máy đang sử dụng bị tắt nguồn + hỏng máy in
3	Máy monitor sản khoa Model: BFM-900 Hãng SX: Bionic Nước SX: Hàn Quốc	Máy	2011	2012	01	Hỏng máy in
4	Máy monitor sản khoa Model: Avalon FM-20 Hãng SX: Philips Nước SX: Đức	Máy	2019	2019	01	Hỏng màn hình cảm ứng, không bấm được các phím chức năng
5	Máy monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số Model: XP-IV Hãng SX: IG Nước SX: Đức	Máy	2020	2020	01	Màn hình không hiển thị các chức năng

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng tải trang TTĐT;
- Lưu: VT, TTBYT.



Bùi Nam Ôn