

Số: *02* /YCBG-BVĐKPY

Đắk Lắk, ngày *05* tháng 01 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức chọn đơn vị dịch sửa chữa máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Huỳnh Thị Hoa Lài, bộ phận văn thư; số điện thoại: 02573 829 023
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 15 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk.
(*Báo giá đến phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung: báo giá hàng hóa, dịch vụ...theo yêu cầu báo giá số...ngày..., tháng..., năm... của bệnh viện đa khoa Phú Yên*)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
- Từ 08h ngày *05*...tháng 01 năm 2026 đến trước 17h ngày *15*...tháng 01 năm 2026⁽²⁾
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
- Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày *15*.....tháng 01 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục hàng hoá và các dịch vụ liên quan.

Số TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành
01	Dịch vụ sửa chữa máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao - Số máy: 0333512-09 (<i>máy số 3</i>) - Hãng sản xuất: Steris /Mỹ	- Thay mới 01 buồng đun tạo hơi cho máy hấp (<i>chất liệu Inox 304</i>); - Thay mới 01 van an toàn (loại tay gạt);	01	Máy	Bệnh viện Đa khoa Phú Yên	≤ 30 ngày

		- Sửa chữa tủ điện điều khiển điện trở; - Hiệu chuẩn, cài đặt lại các thông số kỹ thuật của máy sau khi hoàn thành sửa chữa.				
02	Dịch vụ sửa chữa máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao - Số máy: 0329713-16 (máy số 4) - Hãng sản xuất: Steris / Mỹ	- Thay mới 01 buồng đun tạo hơi cho máy hấp (chất liệu Inox 304); - Thay mới 01 van an toàn (loại tay gạt); - Sửa chữa tủ điện điều khiển điện trở; - Hiệu chuẩn, cài đặt lại các thông số kỹ thuật của máy sau khi hoàn thành sửa chữa.	01	Máy	Bệnh viện Đa khoa Phú Yên	≤ 30 ngày

Lưu ý: Báo giá mà Bệnh viện nhận được là báo giá trọn gói, đã bao gồm thuế, chi phí lắp đặt và các chi phí liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GDBV (để biết);
- Tổ vi tính (Đăng Website bệnh viện);
- Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia;
- Đăng tải Website SYT;
- Lưu: VT; P.VT-TBYT.



GIÁM ĐỐC

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Bùi Anh Hòa