

Số: 024 /YCBG -BVĐKPY

Đắk Lắk, ngày 05. tháng 01 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức chọn đơn vị mua sắm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Huỳnh Thị Hoa Lài, bộ phận văn thư; số điện thoại: 02573 829 023
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 15 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk.
(Báo giá đến phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung: báo giá hàng hóa, dịch vụ...theo yêu cầu báo giá số...ngày..., tháng..., năm... của bệnh viện đa khoa Phú Yên)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
- Từ 08h ngày..05...tháng 01 năm 2026 đến trước 17h ngày..15...tháng 01 năm 2026⁽²⁾
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
- Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày..15...tháng 01 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục hàng hoá và các dịch vụ liên quan.

Số TT	Danh mục hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy điện tim 3 cần	- Màn hình tinh thể lỏng (LCD) kích thước $\geq 5,0$ inch, hiển thị đồng thời 12 đạo trình điện tim; - Điện trở vào: $\geq 50 M\Omega$ (tại 0,67 Hz); - Điện cực offset: ± 550 mV; - Có chức năng bảo vệ ngõ vào, chống sốc điện; - Dòng mạch vào: $< 0,05 \mu A$; - Chuẩn độ điện thế: 10 mm/mV, sai số không quá $\pm 2\%$; - Nhiễu trong: $\leq 20 \mu V_{p-p}$; - Kênh tham chiếu: ≤ -40 dB;	Máy	01

		- Đáp ứng tần số: điểm chuẩn 10 Hz; dải tần 0,05 – 150 Hz (+0,4 dB / –3,0 dB); tại 150 Hz ($\geq 71\%$); - Tần số lấy mẫu: ≥ 8.000 mẫu/giây; - Năm sản xuất: 2025; - Xuất xứ: G7/Châu Âu/Mỹ/Nhật Bản (hoặc tương đương); - Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng.		
--	--	--	--	--

Lưu ý: Báo giá mà Bệnh viện nhận được là báo giá trọn gói, đã bao gồm thuế, vận chuyển lắp đặt và các chi phí liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GĐBV (để biết);
- Tổ vi tính (Đăng Website bệnh viện);
- Đăng tải Website SYT;
- Đăng Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia;
- Lưu: VT; phòng VT-TBYT.


GIÁM ĐỐC
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Bùi Anh Hòa