

Số: 130 /YCBG -BVĐKPY

Đắk Lắk, ngày 12 tháng 10 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức chọn đơn vị mua sắm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Huỳnh Thị Hoa Lài, bộ phận văn thư; số điện thoại: 02573 829 023
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 15 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk.
(Báo giá đến phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung: báo giá hàng hóa, dịch vụ...theo yêu cầu báo giá số...ngày..., tháng..., năm... của bệnh viện đa khoa Phú Yên)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
- Từ 08h ngày...12...tháng 10 năm 2025 đến trước 17h ngày...22...tháng 10 năm 2025⁽²⁾
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
- Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày...22...tháng 10 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục hàng hoá và các dịch vụ liên quan.

Số TT	Danh mục hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật / Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng / Khối lượng
1	Máy hút dịch	- Nguồn điện: 220–230V / 50–60Hz;- Hút chân không tối đa (có thể điều chỉnh): -0,80 Bar; -80 kPa; -600 mmHg;- Tốc độ lưu thông khí tự do ≥ 40 lít/phút;- Mức nhiễu ồn: ≤ 60,5 dB;- Chu kỳ hoạt động: Liên tục;- Motor: Bơm pittông không	Máy	01



Handwritten signature

		dầu;- Năm sản xuất: 2025;- Xuất xứ: ...;- Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng.		
2	Xe đẩy nhựa 3 tầng	- Kích thước (DxRxC): (1030x450x990) mm $\pm$ 20 mm;- Chất liệu: Nhựa PP cao cấp, khung hợp kim nhôm;- Cấu tạo: 3 tầng, bánh xe xoay 360°, chống sốc, chịu tải $\geq$ 175 kg, lắp ráp;- Năm sản xuất: 2025;- Xuất xứ: ...;- Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng.	Cái	08
3	Bóng đèn tiểu phẫu	- Điện áp: 24V;- Công suất: 50W;- Loại chân ghim;- Năm sản xuất: 2025;- Xuất xứ: ...;- Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng.	Cái	04
4	Máy đo SpO ₂ cầm tay	- Chức năng: Đo nồng độ Oxy bão hòa (SpO ₂) và nhịp tim;- Điện áp: DC 3.7V, pin Lithium dung lượng $\geq$ 4400mAh;- Khoảng đo SpO ₂ : 0-100%;- Tốc độ xung nhịp: 20-350 bpm;- Độ chính xác: $\pm$ 2 bpm;- Kích thước màn hình: 88.9 mm (3.5 inch) $\pm$ 2%;- Năm sản xuất: 2025;- Xuất xứ: ...;- Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng.	Máy	02

Lưu ý: Báo giá mà Bệnh viện nhận được là báo giá trọn gói, đã bao gồm thuế, vận chuyển lắp đặt và các chi phí liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GĐBV (để biết);
- Tổ vi tính (Đăng Website bệnh viện);
- Đăng tải Website SYT;
- Lưu: VT; phòng VT-TBYT.

KT. GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC



Bùi Anh Hòa